



「Ni Setup Tool」 ご使用にあたって

- 初めて「Ni Setup Tool」をご使用の際は、必ずセットアップ機能で顕微鏡システムの情報を設定し、顕微鏡システム側に送信（SEND）してください。
- 顕微鏡システム側では、送信された情報を記憶しますが、新たな情報が送信されると、前の情報は上書きされます。
セットアップ機能またはその他の設定機能を使って設定した情報（任意登録を含む）はファイル名をつけて保存することをお勧めします。